

**Fecha:** 15 de octubre de 2020

**De:** SERVICIO DE FARMACIA

**A:** Gerencia de Área Sanitaria I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Responsables de Vigilancia de Productos Sanitarios Hospital de Jarrío, Hospital Carmen y Severo Ochoa, Hospital Universitario San Agustín, Fundación Hospital de Avilés, HUCA, Hospital Monte Naranco, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Clínica Asturias, Centro Médico de Asturias, Hospital Universitario de Cabueñes, Hospital de Jove, Cruz Roja de Gijón, Hospital Begoña, Sanatorio Covadonga, Hospital del Oriente, Hospital Álvarez Buylla, Hospital Valle del Nalón y Sanatorio Adaro, Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Enfermería, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, ALLIANCE-HEALTHCARE, BOTICALIA, CENFARTE, COFARES y COFAS. Dirección Servicios Sanitarios SESPA, Coordinación de Farmacia SESPA, Dirección Gestión Económica SESPA

**Asunto:** Alerta Productos Sanitarios N<sup>o</sup>: 2020-593

**N/Ref:** CCF/ers

Se remite adjunta para su difusión la Alerta de Productos Sanitarios N<sup>o</sup> 2020-593 referida a: **“Retirada del mercado de determinados códigos de producto y números de lote de Kits Omnia para implantología y cirugía que contienen guantes quirúrgicos PROTEXIS™ Latex Micro, fabricados por Cardinal Health, EE UU, debido a la posibilidad de que un defecto de degradación provoque agujeros y rasgaduras en el área de plegado alrededor de los puños de los guantes, lo que podría suponer un riesgo potencial de infección o exposición cruzada a fluidos corporales”**.

Rogamos nos informen sobre las medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados.

La respuesta, en caso procedente, deberá ser remitida preferentemente por correo electrónico a esta dirección:

**[farmacovigilancia@asturias.org](mailto:farmacovigilancia@asturias.org)**.



Fdo: Covadonga Coya Fernández

Técnica Farmacéutica