

Fecha: 5 de mayo de 2021

De: SERVICIO DE FARMACIA

A: Gerencia de Área Sanitaria I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Responsables de Vigilancia de Productos Sanitarios Hospital de Jarrío, Hospital Carmen y Severo Ochoa, Hospital Universitario San Agustín, Fundación Hospital de Avilés, HUCA, Hospital Monte Naranco, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Clínica Asturias, Centro Médico de Asturias, Hospital Universitario de Cabueñes, Hospital de Jove, Cruz Roja de Gijón, Hospital Begoña, Sanatorio Covadonga, Hospital del Oriente, Hospital Álvarez Buylla, Hospital Valle del Nalón y Sanatorio Adaro, Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Farmacéuticos, Colegio Oficial de Enfermería, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, ALLIANCE-HEALTHCARE, BOTICALIA, CENFARTE, COFARES y COFAS. Dirección Servicios Sanitarios SESPA, Coordinación de Farmacia SESPA, Dirección Gestión Económica SESPA

Asunto: Alerta Productos Sanitarios N^o: 2021-236

N/Ref: JRS/ers

Se remite adjunta para su difusión la Alerta de Productos Sanitarios N^o 2021-236 referida a: **“Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes de Fibras Láser fabricadas por Richard Wolf GmbH, tras recibir una comunicación de la empresa que subcontrata para el proceso de esterilización, debido a un proceso de esterilización inadecuado que podría comprometer la esterilidad de estos productos”**.

Rogamos nos informen sobre las medidas adoptadas, así como si han observado alguna anomalía en los productos afectados.

La respuesta, en caso procedente, deberá ser remitida preferentemente por correo electrónico a esta dirección:

farmacovigilancia@asturias.org.



Fdo: Jesús Ruiz Salazar

Inspector Farmacéutico