

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-236	REFERENCIA PS/JMP/67610
PRODUCTO Fibra Láser estéril reutilizable y de un solo uso. (Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)	
FINALIDAD PREVISTA Conducción y guiado del rayo láser al tejido a tratar en aplicaciones quirúrgicas generales	
Nº LOTE Todos los fabricados desde el 01/01/2016	
FABRICANTE Richard Wolf GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Palex Medical SA. C/ Jesús Serra Santamans, 5, Sant Cugat del Valles, 08174, Barcelona	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes de Fibras Láser fabricadas por Richard Wolf GmbH, tras recibir una comunicación de la empresa que subcontrata para el proceso de esterilización, debido a un proceso de esterilización inadecuado que podría comprometer la esterilidad de estos productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

